INSTRUKCJA OBSŁUGI

Laska inwalidzka aluminiowa z uchwytem anatomicznym, składana, ręka lewa / prawa
Kod produktu: FS948L / 949L

1. Wykonanie

Laska inwalidzka aluminiowa składana z anatomicznym uchwytem z tworzywa sztucznego dostosowanym do lewej (FS 948L) lub prawej (FS 949L) ręki. Dzięki skokowej regulacji długości oraz możliwości złożenia na trzy części jest bardzo wygodna w codziennym użyciu. Zakończona jest miękką antypoślizgową gumową nasadką.



a. uchwyt
b. pasek na rękę
c. regulacja wysokości – sztyft blokujący
d. gumowa nasadka

2. Zastosowanie

Laska regulowana jest sprzętem pomocniczym służącym do zwiększenia powierzchni pola podparcia u osób o obniżonej sprawności ruchowej. Zalecana jest osobom wymagającym asekuracji oraz podparcia podczas chodzenia, a także do utrzymania równowagi po urazie kończyn dolnych lub tułowia.

Przeciwwskazania: Zaburzenia koordynacji, zaburzenia równowagi, zaawansowane zmiany reumatyczne, urazy i

dysfunkcje kończyn górnych uniemożliwiające wspieranie się na lasce.

3. Regulacja

Aby wyregulować laskę należy wcisnąć metalowy sztyft i wybrać odpowiednią pozycję wewnętrznej rurki. Po ustawieniu ponownie zablokować położenie rurek względem siebie przy pomocy metalowego sztyftu. Laska jest regulowana skokowo co 2,5 cm w zakresie 77-87 cm.

- Długość laski dobiera się w pozycji stojącej z kończyną górną zgiętą w łokciu pod kątem 20°.
- Laska powinna być indywidualnie dostosowana do użytkownika w taki sposób, aby uchwyt laski znajdował się na wysokości stawu biodrowego.
- Przed użyciem należy sprawdzić właściwe ułożenie sztyftu i upewnić się, że laska jest stabilna.

UWAGA! W razie wątpliwości co do sposobu/techniki poruszania się o lasce, należy skonsultować się z osobą posiadającą odpowiednią wiedzę lub kwalifikacje.

4. Specyfikacja techniczna

TYP: składana
Kolor: czarna
Regulowana wysokość: 77-87 cm
Rączka: z tworzywa sztucznego, modelowana na prawą/lewą rękę
Maksymalne obciążenie: 90 kg
Waga laski: 0,4 kg

5. Uwagi i zalecenia

Timago International Group nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z wyrobu, nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem.

6. Konserwacja

- Laskę należy czyścić regularnie używając tylko wody i łagodnych detergentów mających atest PZH, po każdym użyciu wycierać do sucha.
- **Nie należy używać** do czyszczenia: silnych detergentów, środków ściernych, wybielaczy, benzyny ani żadnych rozpuszczalników (grozi uszkodzeniem ramy, widocznymi ubytkami, a w konsekwencji - utratą praw gwarancyjnych).
- Zaleca się regularną kontrolę gumowej nasadki. W przypadku zużycia, należy wymienić nasadkę na nową.

7. Dane dotyczące gwarancji

Wszystkie produkty dystrybuowane przez naszą firmę objęte są gwarancją, której warunki zostały opisane w karcie gwarancyjnej, jaką otrzymali Państwo w momencie zakupu. Chcielibyśmy jednocześnie zwrócić uwagę, że do celów gwarancyjnych należy zachować dowód zakupu (paragon lub fakturę).

8. Oznaczenia

	Numer referencyjny		Producent
	Numer serii		Data produkcji

SN	Numer seryjny	MD	Wyrób medyczny
	Uwaga		Zapoznaj się z instrukcją
CE	Producent dokonał oceny zgodności z wymogami zasadniczymi dotyczącymi wyrobów medycznych.		

Całość oferty dostępna jest dla Państwa u naszych dystrybutorów. Dowiedz się więcej na: **www.timago.com**
Dziękujemy za wybór Timago!

Timago International Group
Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa
ul. Karpacka 24/12
43-316 Bielsko-Biała, Polska

T.: +48 33 499 50 00
F.: +48 33 499 50 11
E.: info@timago.com

CE MD

Wydanie II, data aktualizacji 29.03.2021