INSTRUKCJA OBSŁUGI

Orteza stopowo-goleniowa z regulacją kątową i stabilizacją pneumatyczną

Kod produktu: 12303 / 12305 / 12307

1. Wykonanie

Orteza stopowo-goleniowa składa się z szyny w kształcie buta wykonanej z PCV, dwóch obocznych szyn stabilizujących z zamkniętym zegarem umożliwiającym regulację kątową oraz ze stabilizacji pneumatycznej. Orteza wyposażona jest w wewnętrzną wyściółkę materiałową umożliwiającą stały dostęp powietrza do skóry pacjenta oraz bardzo dobre odprowadzenie ciepła i wilgoci. Całość została wyposażona w system pasów obwodowych do indywidualnego dopasowania siły stabilizacji oraz profilowaną podeszwę z antypoślizgowym materiałem, która umożliwia pacjentowi chód możliwie fizjologiczny.

2. Zastosowanie

Orteza stopowo-goleniowa należy do wyrobów medycznych stosowanych w rehabilitacji pourazowej i pooperacyjnej w celu ograniczenia zakresu ruchomości w stawie skokowym i dla poprawy czynności funkcjonalnych. Orteza stabilizuje stopę i podudzie w położeniu zgięcia podeszwowego lub skokowego w stanach pourazowych w obrębie stopy i podudzia. Ortezę stopowo-goleniową należy stosować w przypadku: leczenia pooperacyjnego, skręcenia i zwichnięcia stawów skokowych, naciągnięcia i naderwania ścięgna Achillesa, złamania i pęknięcia w obrębie stopy i stawu skokowego górnego i dolnego, jako alternatywę do unieruchomienia gipsowego.

3. Przeciwwskazania:

Nie należy stosować w przypadku:

- Otarć naskórka
- Egzem skórnych

- Ran oraz innych uszkodzeń skóry
- Po zastosowaniu żeli i maści rozgrzewających

Uwaga! W przypadku żylakowatości podudzi stosowanie aparatu jest ograniczone. Należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym w celu ustalenia czy wyrób może zostać użyty w przypadku stosowania podkolanówek lub pończoch przeciw-żylakowych.

4. Uwagi i zalecenia

Timago International Group nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwą konserwację wyrobu, nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem.

5. **Sposób zakładania** (w pozycji siedzącej z nogą lekko zgiętą w stawie kolanowym)
   - oraz odpiąć i wyciągnąć wewnętrzną wyściółkę.
   - Wyściółkę należy założyć na nogę, a w razie konieczności zastosować dodatkowe poduszki wypełniające znajdujące się w zestawie. Materiał wyściółki należy zapiąć a następnie włożyć do buta i zapiąć pasy obwodowe na rzep.
   - Aby ustawić kąt zgięcia, należy wyjąć kliny blokujące zamontowane w zegarach z lewej i prawej strony ortezy, następnie ustawić wymaganą wartość kątową i zablokować poprzez wpięcie klinów w odpowiednie otwory oznaczające wartości kątowe.
     - Zgięcie podeszwowe/Plantar Flexion 0°, 15°, 30°, 45°
     - Zgięcie grzbietowe/Dorsi Flexion 0°, 15°, 30°
     - 0° oznacza położenie pośrednie (neutralne)
   - Stabilizacja pneumatyczna regulowana jest przy użyciu zintegrowanej w ortezie pompki i zaworu spustowego, który znajduje się w części przedniej ortezy. Podczas pompowania zawór spustowy musi być zakręcony, w tym celu należy przekręcić zawór (inflate) w kierunku wskazówek zegara. Aby wypuścić powietrze należy przekręcić zawór (deflate) w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara.

- Następnie należy sprawdzić poprawność zamocowanych pasów w pozycji stojącej, w razie konieczności należy dopasować siłę dopięcia pasów obwodowych, oraz sprawdzić siłę stabilizacji pneumatycznej (poprzez zawór spustowy- zmniejszenie lub pompkę- zwiększenie siły stabilizacyjnej).

Tabela rozmiarowa (rozmiar obuwia)

S	37-38 cm
M	39-43 cm
L	44-46 cm

6. Konserwacja

- Materiał pasów obwodowych i wewnętrzną wyściółkę można prać ręcznie lub mechanicznie w temp. do 30°C, nie wirować, nie chlorować, nie prasować, nie prać na sucho, nie wybielać, nie suszyć w suszarce bębnowej, nie czyścić chemicznie.
- Należy pamiętać, aby w praniu rzepy były dobrze zapięte, aby nie zniszczyły materiału.
- Suszyć w temperaturze pokojowej z dala od źródeł ciepła.
- Szynę z PCV należy czyścić lekko nasączoną gąbką z mydłem.
- Po każdorazowym czyszczeniu należy przetrzeć szynę do sucha.

8. Dane dotyczące gwarancji

Wszystkie produkty dystrybuowane przez naszą firmę objęte są gwarancją, której warunki zostały opisane w karcie gwarancyjnej, jaką otrzymali Państwo w momencie zakupu. Chcielibyśmy jednocześnie zwrócić uwagę, że do celów gwarancyjnych należy zachować dowód zakupu (paragon lub fakturę).

9. Oznaczenia

REF	Numer referencyjny		Producent
LOT	Numer serii		Data produkcji

SN	Numer seryjny	MD	Wyrób medyczny
⚠	Uwaga		Zapoznaj się z instrukcją
CE	Producent dokonał oceny zgodności z wymogami zasadniczymi dotyczącymi wyrobów medycznych.		

Całość oferty dostępna jest dla Państwa u naszych dystrybutorów. Dowiedz się więcej na: **www.timago.com**
Dziękujemy za wybór Timago!

Timago International Group
Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa
ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Polska

UNITED SURGICAL
Fort Wayne, IN 46803,
2235 Pensylvania St., USA

EC REP
EMERGO EUROPE
Molenstraat 15, 2513 BH,
The Hague, Holandia

CE MD

Wydanie II, data aktualizacji 29.03.2021